

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ KEY0 RU.TY04.H01609/24

Срок действия с 08.11.2024 по 08.11.2027

№ 0008013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ угля и продуктов его переработки ООО "Кемеровский центр экспертизы угля". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650004, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Большевистская, дом 2, пом. 111. Телефон +7(3842)345542, адрес электронной почты kemsentr@yandex.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11TY04 от 13.10.2011.

ПРОДУКЦИЯ Уголь каменный марки Д, необогащенный рассортированный, класс крупности 13-25 мм (ДМ). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования", ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия".

код ТН ВЭД ЕАЭС
2701 12

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 652673, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Беловский, микрорайон Караканский, здание 2. ИНН: 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). ОГРН 1024200540561, ИНН 4231003020. Юридический адрес: 652673, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Беловский, микрорайон Караканский, здание 2. Телефон +7(38452)9-75-47.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1040 от 08.11.2024 Испытательной лаборатории ООО «Центр экспертизы угля», 654029, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, район Куйбышевский, ул. Вокзальная, д. 6, корп. 4, пом. 7,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HK94 от 28.08.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата не реже одного раза в год. Схема сертификации.



Руководитель органа

(заместитель руководителя)
Эксперт


подпись

подпись

А.В. Гаденов

инициалы, фамилия

А.Р. Клызбаева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес осуществления деятельности: 654029, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк,
ул. Вокзальная, д. 6, корп. 4, пом. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по
аккредитации **RA.RU.21HK94** от 28.08.2018г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий лабораторией
ООО «ЦЭУ»

 Е.К. Суркова

«08» ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1040

от 08 ноября 2024 г.

1. **Наименование объекта:** уголь каменный
2. **Наименование образца испытаний*:** уголь каменный марки Д,
необогащенный рассортированный, класс крупности 13-25 мм (ДМ)
3. **Организация – заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский центр экспертизы угля»
Юридический адрес: 650004, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Большевицкая, д. 2
Фактический адрес: 650004, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Большевицкая, д. 2
Контактные данные: тел. +7 (3842) 34-55-42; e-mail: kemsentr@yandex.ru
4. **Номер образца заказчика:** 919
5. **Дата получения образца для испытаний:** 01.11.2024 г.
6. **Период проведения испытаний:** 01.11.2024-08.11.2024 г.
7. **Регистрационный /лабораторный номер образца:** 1036
8. **Дополнительная информация*:** Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Пермьяковский»
(заявитель/изготовитель)
9. **Используемые методы испытаний:** см. п. 11. Результаты испытаний
10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям НД

*Данные представлены Заказчиком

11. Результаты испытаний:

№ п. п.	Наименование определяемой характеристики	Обозначение	Ед. измерения	Метод испытания (обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результат испытаний **
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая влага	W_t^r	%	ГОСТ 11014-2001 (п.6.4.3, 6.2)	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 27025061, стерилизатор воздушный ГП-20 МО/03 № 889	17,1
2.	Максимальная влагоемкость	W_{max}	%	ГОСТ 59255-2020	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 27025061, стерилизатор воздушный ГП-20 МО/03 № 889, аппарат для определения максимальной влагоемкости № 1	16,7
3.	Зольность аналитического состояния топлива	A^a	%	ГОСТ Р 55661-2013	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 27025061, электропечь камерная СНОЛ-1,6.2,5.1/10 И4М № 1519	8,9
4.	Зольность сухого состояния топлива	A^d	%	ГОСТ 27313-2015	Расчет	9,0
5.	Выход летучих веществ аналитического состояния топлива	V^a	%	ГОСТ Р 55660-2013	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 27025061, печь муфельная LOIP LF-5/11-G1 № 871	37,1
6.	Выход летучих веществ сухого беззольного состояния топлива	V^{daf}	%	ГОСТ 27313-2015	Расчет	41,1
7.	Массовая доля общей серы	S^a	%	ГОСТ 8606-2015	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 26725145, печь лабораторная муфельная LOIP LF-9/11-V1 № 947	0,31
8.	Общая сера сухого состояния топлива	S^d	%	ГОСТ 27313-2015	Расчет	0,31
9.	Высшая теплота сгорания при постоянном объеме	Q_s^a	ккал/кг мДж/кг	ГОСТ 147-2013	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 27025061, калориметр ИКА C200 № 01.781460 с бомбой C5010 № 01.504096, термогигрометр ИВА-6Н-Д № 4107	6611 27,68
10.	Высшая теплота сгорания при постоянном объеме сухого беззольного состояния топлива	Q_s^{daf}	ккал/кг мДж/кг	ГОСТ 27313-2015	Расчет	7329 30,69
11.	Низшая теплота сгорания	Q_i^r	ккал/кг мДж/кг	ГОСТ 147-2013	Расчет	5209 21,81
12.	Высшая теплота сгорания при постоянном объеме влажного беззольного состояния топлива	Q_s^{af}	ккал/кг мДж/кг	ГОСТ 27313-2015	Расчет	6003 25,13
13.	Массовая доля хлора	Cl^a	%	ГОСТ 9326-2002 (п. 4, кроме 4.5.3)	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 26725145, калориметр ИКА C200 № 01.781460 с бомбой C5010 № 01.504096	0,02
14.	Массовая доля хлора в пересчете на сухое вещество	Cl^d	%	ГОСТ 27313-2015	Расчет	0,02
15.	Массовая доля мышьяка (As)	As^a	%	ГОСТ 10478-93 (кроме приложения 1,2)	Весы лабораторные электронные CE 124-С № 26725145, печь лабораторная муфельная LOIP LF-9/11-V1 № 947, спектрофотометр UNICO 1201 № WP 1506 1412 093	0,00010

11. Результаты испытаний:

№ п. п.	Наименование определяемой характеристики	Обозначение	Ед. измерения	Метод испытания (обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результат испытаний **
1	2	3	4	5	6	7
16.	Массовая доля мышьяка в пересчете на сухое вещество	As ^d	%	ГОСТ 27313-2015	Расчет	менее 0,0005

* *Значение неопределенности измерений для результатов испытаний рассчитывается по требованию Заказчика (U—значение расширенной неопределенности результатов измерения выраженное в абсолютных значениях, при уровне доверия 95%)

12. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

Протокол оформил
Заместитель заведующего лабораторией



 В.О. Карнаухова

Образец для испытаний и информация об образце предоставлены Заказчиком.

За отбор образца для испытаний, и предоставленную информацию об образце, ООО «ЦЭУ» ответственности не несет.

Вышеприведенные результаты относятся только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол испытаний не подлежит частичному копированию без согласия лаборатории

Распределение экземпляров протокола испытаний: два протокола - Заказчику, третий протокол ООО «ЦЭУ»

Конец протокола испытаний